メーカー	名　称	型　式	商品図	製造中止年月	製造中止理由	メーカーからの代替品・同等品の提案	予測される不具合	対応策	備　考
マッケ・ジャパン	VAVDコントローラー	70458000		2015年2月	メーカー諸事情による製造および販売の一時停止	メーカーからの提案等無し	同等品であるベントレー社製VAVDコントローラーも2006年より販売を中止しているため、陰圧吸引補助脱血法を用いている施設ではそれに代わる代替品の確保が困難である。	現時点ではなし	VAVD用チューブアッセンブリも製造および販売の一時停止