

| メーカー | 2017年4月～2017年9月までに製造中止になったカニューレ | | | 商品図 | コーティング | 製造・販売中止年月 | 製造・販売中止理由 | メーカーからの代替品・同等品の提案 | 備考 |
|----------------|---------------------------------|---------|---------------|--|--------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|----|
| | 名称 | 型式 | サイズ | | | | | | |
| テルモ | 期間中の該当カニューレ無し | | | | | | | | |
| メドトロニック | 期間中の該当カニューレ無し | | | | | | | | |
| ゲティンゲ | 期間中の該当カニューレ無し | | | | | | | | |
| エドワーズ | 送血用カニューレ・APCシリーズ | APC0xx | 18・20・22・24Fr |  | 無し | 2017年4月 | 原材料のポリ塩化ビニールの入手が困難となったため | フェモラルカニューレ オフサイト EZ Glide ストレートタイプ | |
| | | APC0xxB | 18・20・22・24Fr |   | | | | | |
| ソーリン(LivaNova) | 期間中の該当カニューレ無し | | | | | | | | |
| メドス(トライテック) | 期間中の該当カニューレ無し | | | | | | | | |
| 泉工 | 期間中の該当カニューレ無し | | | | | | | | |
| 住友ベークライト | 期間中の該当カニューレ無し | | | | | | | | |
| 富士システム | 期間中の該当カニューレ無し | | | | | | | | |
| 西村器械(カルメド) | 期間中の該当カニューレ無し | | | | | | | | |

